



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

PROCEDURA APERTA, CAMPIONATA E NON, CON AGGIUDICAZIONE ALL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE, ARMAMENTO E NARCOTEST, OCCORRENTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. – FL 412 –

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’Allegato XVII al Codice dei contratti pubblici avente ad oggetto i “*Mezzi di prova dei criteri di selezione*”;

VISTO il Disciplinare di gara, con particolare riferimento al punto 20 “*Svolgimento operazioni di gara*” ;

VISTE le Specifiche tecniche, di cui all’articolo 68 del Codice dei contratti pubblici, poste alla base della procedura;

VISTO il proprio decreto di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 0049885, del 16 giugno 2021;

CONSIDERATO che, la Commissione giudicatrice, in attuazione di quanto stabilito dal Disciplinare di gara e dalle Specifiche Tecniche poste alla base della procedura, ha concluso, in data 16 luglio 2021, le attività valutative sulla *documentazione tecnica* e quanto riportato nell’ Appendice “A”, concernente il materiale del Lotto n. 6 – n. 219.000 Narcotest;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

RILEVATO E PRESO ATTO che il dispositivo offerto dall' Operatore economico DIPRO MED GmbH, come risulta dal verbale n. 6 - relativo alla "seduta riservata" svolta dalla Commissione Giudicatrice , del 16 luglio 2021, **non risulta conforme e corrispondente** ai requisiti minimi richiesti dalle SS.TT. poste alla base della procedura , in quanto presenta un "*sistema di rilevamento a ciclo aperto, prevedendo l'uso di reattivi liquidi liberi.*"

CONSIDERATO che tale *non conformita* risulta in contrasto con quanto previsto dalle Specifiche tecniche, al capo 3, dove si richiede espressamente che "*I dispositivi devono essere a ciclo chiuso se prevedono l'uso di reattivi liquidi liberi. In alternativa potranno essere anche a ciclo aperto, solo nel caso in cui i reattivi siano intrappolati in sistemi solidi o semisolidi, ovvero in matrice*".

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, alla luce di quanto disposto dalle Specifiche tecniche e dal Disciplinare di gara, ha proposto **di non ammettere** al prosieguo della procedura la società concorrente DIPRO MED GmbH;

VISTO che la società DIPRO MED GmbH ha espressamente accettato, all'atto della partecipazione alla procedura *de qua*, tutti gli atti di gara ed in particolare il "capitolato tecnico", in tutte le sue parti ed appendici, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO delle risultanze delle attività valutative svolte e riportate nel contenuto dei verbali n.1 e n. 6, si ritiene opportuno accogliere la proposta della Commissione Giudicatrice e per l'effetto si:

DISPONE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

l'esclusione dell' Operatore Economico DIPRO MED GmbH dalla “Procedura aperta, campionata e non, per la fornitura di vestiario, equipaggiamento speciale, armamento e narcotest, occorrenti per il personale della Polizia di Stato – FL 409- Lotto n. 6 – n. 219.000 Narcotest;;

In applicazione del disposto degli art. 76 e dell'art. 29, c.1, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, sul profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” – “*Bandi di gara e contratti*”.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Vaccaro)