


SCHEDA TECNICA TIP PER SEM FEG

51

	<p>Nell'ambito delle attività di Polizia Giudiziaria svolte dalla Polizia Scientifica a supporto degli uffici investigativi della Polizia di Stato e serverti l'A.G., questo Ufficio si avvale di personale altamente specializzato per effettuare accertamenti su tamponi <i>stub</i> inerenti a prelievi di residui dello sulla cute di soggetti, su autovetture o su oggetti rinvenuti sulla scena del crimine.</p> <p>Al fine di effettuare analisi al microscopio elettronico a scansione con microanalisi ai raggi x secondo la procedura accreditata ISO IEC 17025 da questo Ufficio si richiede l'acquisto di 1 emettitore di campo di tipo Schottky per un microscopio elettronico a scansione marca TESCAN modello MIRA III.</p>
	<p>Emettitore di tipo Schottky ad elevata brillantezza e stabilità del tipo <i>long life</i>.</p>
	<p>Punta a base di ossido di zirconio</p>
	<p>L'imballaggio deve essere idoneo al mantenimento e alla conservazione del prodotto. Tempi di consegna: 60 gg dall'ordine</p>

4