



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 1 di VALUTAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA relativa alla Richiesta di Offerta n.2112103 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della fornitura di nr. 14 microscopi stereoscopici per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica.

CIG n. 76731389C8 – CUP n. F49H18000230006.

In data **05 dicembre 2018**, alle ore **11.00**, presso gli uffici del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica - in via Tuscolana 1548 - Roma, si è riunita in seduta riservata la Commissione, nominata con decreto ministeriale del 27 novembre 2018, per procedere alla valutazione e conseguente aggiudicazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute in relazione alla procedura per la fornitura di nr. 14 microscopi stereoscopici per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Polizia Scientifica - nell'implementazione del progetto SIDAF II n. 38.2.3 *“Ammodernamento delle attrezzature per il rilevamento delle caratteristiche di sicurezza dei documenti finalizzata al potenziamento delle Document Expert Units redattrici della Banca Dati SIDAF e FADO per l'inserimento di specimen documentali e alerts”*.

Prima di procedere alle operazioni di gara tutti i membri della Commissione e il Segretario dichiarano, ai sensi del regolamento di attuazione art. 282 D.P.R. 207/2012 c.3, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84 c.4,5 e 7 del Codice degli Appalti Pubblici.

La Commissione:

- D.T.S. Damiano Ricci **PRESIDENTE** Servizio Polizia Scientifica - D.C.A.
- D.T.P. Elena Lucatelli **COMPONENTE** Servizio Polizia Scientifica - D.C.A.
- Sov.C. Diego Scardocci **COMPONENTE** Servizio Polizia Scientifica - D.C.A.
- Ass. C. Patrizia Liberati **SEGRETARIO** Settore Amministrativo Contabile - D.C.I.F.

ca *DR* *1/5* *LD*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

in prima istanza constatata che sono pervenute due offerte tecniche:

1. **LEICA Microsystems S.r.l.** – con sede legale a Varese, Vicolo San Michele nr. 15- P.IVA 09933630155;
2. **NIKON Instruments S.p.A.** – con sede legale a Campi Bisenzio (FI), Via San Quirico nr. 300- P. IVA 04488650484.

La Commissione ha proceduto quindi alla verifica della conformità dell'offerta presentata dalla società **NIKON Instruments S.p.A.** ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico.

L'offerta, già da una prima lettura, risulta non rispondente ai requisiti minimi indefettibili.

La Commissione accerta, infatti, che l'offerta tecnica presentata dalla NIKON Instruments S.p.A. non è conforme ai "CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA" (paragrafo 7 del Capitolato Tecnico) in quanto non comprende: presentazione del fornitore (paragrafo 7 punto elenco 1), descrizione della modalità di erogazione del servizio di Help Desk (paragrafo 7 punto elenco 3), descrizione delle modalità con cui il fornitore intende garantire i livelli di servizio richiesti per il servizio di manutenzione (paragrafo 7 punto elenco 4), dettaglio del programma e modalità del servizio di formazione (paragrafo 7 punto elenco 5).

Approfondendo l'analisi dell'offerta presentata e facendo riferimento al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico "DEFINIZIONE DELLA FORNITURA", si dà atto che nella relazione tecnica, descrittiva del sistema proposto, non è presente la colonna "VALORE OFFERTO" con riportato il dato corrispondente alla caratteristica richiesta, come previsto dal paragrafo 4.1 "Microstereoscopio", che definisce obbligatorio l'inserimento del valore offerto.

Si dà atto, inoltre, che nella relazione tecnica non si fa alcun riferimento alla "DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI" (paragrafo 5), cioè al Servizio di installazione e configurazione (paragrafo 5.1), alla Garanzia (paragrafo 5.2) e al Servizio di formazione (paragrafo 5.3).

Le caratteristiche e funzionalità richieste nella Tabella 1 – Microstereoscopio (paragrafo 4.1) soddisfano solo parte le caratteristiche minime richieste.

ec  2/5 



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Si dà atto, inoltre, che nella relazione tecnica non viene fatta alcuna menzione della postazione grafica (paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico), relativamente all'offerta di PC e monitor che risultano del tutto assenti e per i quali è richiesto, invece, di dettagliare le caratteristiche e funzionalità come da Tabella 2 e Tabella 3.

Alla luce di quanto esposto, le omissioni riscontrate non permettono di definire rispondente al Capitolato Tecnico l'offerta proposta dalla ditta Nikon in quanto carente delle caratteristiche minime previste nello stesso.


Ciò constatato, la Commissione, completata l'analisi della offerta presentata dalla ditta **NIKON Instruments S.p.A.**, dispone l'esclusione della stessa dal prosieguo della gara e non procede all'attribuzione del punteggio tecnico.

A seguire la Commissione procede alla verifica della conformità dell'offerta presentata dalla società **LEICA Microsystems S.r.l.** ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico.

Si dà atto che nella relazione tecnica la società **LEICA Microsystems S.r.l.** ha riportato puntualmente i dati di interesse richiesti da Capitolato e l'offerta tecnica include tutte le componenti hardware, software e le relative licenze accessorie necessarie al corretto funzionamento degli apparati proposti nonché tutte le componenti necessarie al corretto funzionamento della fornitura oggetto della presente procedura di gara.

La Commissione verifica che la proposta presentata dalla società in esame rispetta i "CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA" (paragrafo 7) ed è conforme alle specifiche tecniche minime per ogni componente della strumentazione (Microstereoscopio, Postazione grafica - PC e monitor) e dei relativi servizi offerti a corredo della fornitura (Servizio di installazione e configurazione, Garanzia e Servizio di formazione); inoltre, l'offerta presenta alcuni aspetti migliorativi che saranno oggetto di valutazione nel seguito.

Al riguardo si dà atto che il fornitore ha riportato una colonna "VALORE OFFERTO" in modo da evidenziare nell'apposita riga il dato corrispondente alla caratteristica richiesta.

 3/5



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tutte le caratteristiche e funzionalità presenti nelle tabelle da Capitolato – Tabella 1 Microstereoscopio, Tabella 2 PC e Tabella 3 Monitor – sono state rispettate.

Si evidenzia, inoltre, che la durata del servizio garanzia incluso nell'offerta è di 36 mesi contro i 24 mesi richiesti e sono rispettate le modalità e i tempi di intervento del servizio di manutenzione nonché la copertura settimanale, pari a 5 gg su 7 dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 18.00; il fornitore ha messo a disposizione dell'Amministrazione un numero di rete fissa per il servizio di supporto telefonico.

Il fornitore si impegna ad assicurare la fornitura di parti di ricambio in accordo con quanto richiesto nel Capitolato (paragrafo 5.2.5).

Il fornitore si impegna, infine, ad erogare sessioni di formazione della durata di due (2) giornate (come previsto nel paragrafo 5.3) presso una sede dell'Amministrazione che verrà comunicata successivamente e si impegna a rilasciare apposito certificato di un corretto e completo espletamento dell'attività formativa mediante apposita Relazione sull'addestramento svolto.

Ciò constatato, la Commissione, completata l'analisi dell'offerta presentata dalla ditta **LEICA Microsystems S.r.l.**, dispone l'ammissione della stessa al prosieguo della gara.

Si prende atto che entrambi i candidati hanno presentato le offerte tecniche debitamente sottoscritte in modalità digitale e predisposte secondo il *form* fornito automaticamente dal sistema, nonché da una Relazione Tecnica, illustrativa della gestione ed organizzazione del servizio richiesto dalla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Polizia Scientifica, sulla base dei criteri di valutazione riportati sul disciplinare di gara.

Si allegano le dichiarazioni di incompatibilità dei n. 3 (tre) membri della Commissione e del Segretario.

Il Presidente della Commissione si impegna a trasmettere al RUP il verbale perché venga data comunicazione dell'esclusione alla ditta NIKON Instruments S.p.A..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusi i lavori e convoca la Commissione per il giorno 13 dicembre 2018 ore 10.00, rimandando a tale data la valutazione degli aspetti migliorativi dell'offerta dell'unica società ammessa al prosieguo della gara.

La Commissione:

- D.T.S. Damiano Ricci **PRESIDENTE**

- D.T.P. Elena Lucatelli **COMPONENTE**

- Sov.C. Diego Scardocci **COMPONENTE**

- Ass. C. Patrizia Liberati **SEGRETARIO**