



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato
Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

Roma, 22 giugno 2020

QUESITO N. 1

Procedura di gara per la fornitura, messa in funzione e servizi di assistenza tecnica di nr. 4 (Quattro) Microscopi Elettronici a scansione con sistema di microanalisi a dispersione di energia (SEM-EDS) per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine Della Polizia Di Stato - Servizio Polizia Scientifica (Progetto N. 53.5.2) Fondo Sicurezza Interna 2014-2020

Quesito:

Un operatore economico ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti: - sia nelle specifiche minime che al punto P8 dei parametri prestazionali si parla di "diametro interno della camera portacampioni" . Diverse case produttrici hanno le camere portacampioni su base rettangolare e non circolare. Si chiede quindi se è possibile dichiarare la diagonale e valutare come parametro migliorativo l' area effettiva della camera. Cordiali saluti

RISPOSTA

"In caso di camere non circolari, come valore del requisito minimo e del parametro prestazionale P8 verrà considerato il valore del diametro del cerchio che è possibile alloggiare all'interno della camera."

IL R.U.P.
Catia Colautti